

◇医療安全・医事法制部◇

日本医療機能評価機構では、医療事故収集等事業における統計に基づき、警鐘事例を分かりやすく解説した「医療安全情報」を作成・公表しています。

また、医薬品医療機器総合機構（PMDA）および日本医療安全調査機構においても、それぞれ「PMDA医療安全情報」「警鐘事例」を作成・公表しています。

これらの資料は、下記のホームページに掲載されており、最新の情報を随時入手することが可能となっておりますので、ぜひご活用ください。

### 記

- 日本医療機能評価機構：医療事故情報収集等事業 医療安全情報のURL  
<http://www.med-safe.jp/contents/info/index.html>
- 医薬品医療機器総合機構：PMDA医療安全情報のURL  
[http://www.info.pmda.go.jp/anzen\\_pmda/iryu\\_anzen.html](http://www.info.pmda.go.jp/anzen_pmda/iryu_anzen.html)
- 日本医療安全調査機構：警鐘事例のURL  
[http://www.medsafe.jp/activ\\_alarm.html](http://www.medsafe.jp/activ_alarm.html)

### 【平成26年7月～12月に各機構のホームページに掲載された医療安全情報】

#### ○日本医療機能評価機構

- No. 92 7月 「人工呼吸器の配管の接続忘れ」
- No. 93 8月 「腫瘍用薬のレジメンの登録間違い」
- No. 94 9月 「MRI検査室への磁性体（金属製品など）の持ち込み（第2報）」
- No. 95 10月 「セントラルモニタの送信機の電池切れ」
- No. 96 11月 「インスリン注入器の取り違い」
- No. 97 12月 「肺炎球菌ワクチンの製剤の選択間違い」

#### ○医薬品医療機器総合機構

- No. 45 8月 「静脈留置針操作時の注意について」

#### ○日本医療安全調査機構

- No. 6 12月 「腸管再建時における逆蠕動吻合のリスク【症例報告】」